

RAQUIMIX II

EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL
PARA PACIENTES OBESOS



*Innovación en Anestesia Mixta Epidural/ Subdural
en Pacientes Obesos*

RAQUIMIX II

EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL
PARA PACIENTES OBESOS

Características Generales

1 Aguja modelo Tuohy, calibre 17G, longitud de 12.7cm.

1 Aguja Whitacre 27G (punta lápiz), para Raquianestesia o bloqueo subaracnoideo para pacientes obesos con depósito en pabellón de 0.2 mL para líquido cefalorraquídeo longitud de 15.1 a 15.5cm.

1 Catéter epidural, calibre 19G de 1000 mm.

1 Epifinder, dispositivo electrónico desarrollado para la localización automatizada del espacio epidural; emite una alarma luminosa una vez que se ha detectado el cambio de presión del espacio epidural, disminuyendo el riesgo de punción de la duramadre.

1 Sujetador filtrante de 0.2 micras, consta de:
Un Conector luer para aplicar anestésicos.
Un Conector con actuador deslizable para introducir y oprimir el catéter.
Un Lámina filtrante de 0.2 micras.
Un Tapón Luer macho.



Garantiza la realización de procedimientos de Anestesia Mixta Epidural / Subdural para pacientes obesos.

Proporciona mayor seguridad en el procedimiento evitando cambios en métodos anestésicos.

1 Jeringa de plástico de 20 mL.

1 Jeringa de plástico de 10 mL.

1 Jeringa de plástico de 5 mL.

1 Aguja hipodérmica calibre 18G x 38 mm.

1 Aguja hipodérmica calibre 21G x 38 mm.

1 Aguja hipodérmica calibre 25G x 16 mm.

4 Gasas secas 10 cm de ancho por 10 cm de largo.

1 Solución de Iodopovidona 40 mL.

1 Charola para antiséptico.

3 Aplicadores.

1 Campo hendido de 66 cm de ancho por 75 cm de largo y orificio de 10 cm de diámetro.

1 Campo de trabajo de 50 cm de ancho por 66 cm de largo.

Clave SSA: 060.345.4281

ASOKAM
S.A. DE C.V.
INNOVACIÓN Y SERVICIO EN ANESTESIOLOGÍA

ASOKAM, S.A. DE C.V.
Gabriel Mancera 242,
Col. Del Valle C.P. 03100
México, D.F.
Tel 01 (55) 8590 8586
www.asokam.com.mx